



检测报告



报告编号 A2210377786101C

第 1 页 共 4 页

委托单位 中山梅华表业有限公司

受检单位 中山梅华表业有限公司

受检单位地址 中山市民众镇民众大道南 3 号

样品类型 工业废水

检测类别 委托检测



中山市华测检测技术有限公司



No.398480D479

报告说明

报告编号 A2210377786101C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
9. 若不盖 CMA 章，本报告仅用于委托方内部质量控制、科研等，不具有社会证明作用。

中山市华测检测技术有限公司

联系地址：中山市南区恒美园山仔工业区富兴工业路 9 号

邮政编码：528400

检测委托受理电话：0760-88228635

报告质量投诉电话：0760-88226190

传真：0760-86742903

编

制：

冯媛

签

发：

何骏源

审

核：

何柳珍

签发人姓名：

何骏源

签发日期：

2021/09/24

检测结果

报告编号 A2210377786101C

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	工业废水	采样人员	汤虎琦、梁冠斌	
采样点名称	工业废水排放口	样品状态	无色、无异味、透明、无浮油	
采样时间	2021-09-16 15:40	检测日期	2021-09-16~2021-09-24	
检测结果:				
样品编号	检测项目	结果	广东省地方标准 《电镀水污染物排放标准》 (DB 44/1597-2015) 表 1 现有项目水污染物排放 限值 珠三角	单位
ZSN91302006	镍	ND	0.5	mg/L
	银	ND	0.1	mg/L
	铜	ND	0.5	mg/L
	锌	ND	1.0	mg/L
ZSN91302007	pH (无量纲)	7.0	6~9	/
ZSN91302001	悬浮物	ND	30	mg/L
ZSN91302002	化学需氧量	12	80	mg/L
	氨氮	0.053	15	mg/L
ZSN91302003	总氮	3.92	20	mg/L
	总磷	0.16	1.0	mg/L
ZSN91302005	石油类	0.06	2.0	mg/L
ZSN91302004	总氰化物 (以 CN ⁻ 计)	ND	0.2	mg/L
备注: 1、ND=未检出。				
2、报告中所附标准限值均由客户提供, 仅供参考, 不作评价。				

检测结果

报告编号 A2210377786101C

第 4 页 共 4 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
工业废水	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	0.05 mg/L	原子吸收光谱仪/ AA900T TTE20181126
	银	水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989	0.03 mg/L	原子吸收光谱仪/ AA900T TTE20181126
	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 第一部分	0.02 mg/L	原子吸收光谱仪/ AA900T TTE20181126
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 第一部分	0.02 mg/L	原子吸收光谱仪/ AA900T TTE20181126
	pH (无量纲)	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 PH 计/ F2-Field TTE20200611
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	电子天平/ ME204E TTE20188671
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	滴定管/ 25ml B025005
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-7504 TTE20187106
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-7504 TTE20187106
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-7504 TTE20187106
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JLBG-126U TTE20181127
	总氰化物 (以 CN ⁻ 计)	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 3	0.001 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-7504 TTE20187106

报告结束